

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000364292019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés **VEKOP Laboreszközbeszerzés 2.**
tárgya:

Ajánlatkérő **Szent István Egyetem**
neve:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Szent István Egyetem	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_
			66152657
Postai cím:	Páter Károly U. 1.		
Város:	Gödöllő	NUTS-kód:	HU12
		Postai irányítószám:	2100
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Sarkadi	Anita
E-mail:	kozbeszerzes@szie.hu	Telefon:	+36 28522000
		Fax:	
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.szie.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			
Lebonyolító szerv(ek) adatai			

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya
VEKOP Laboreszközbeszerzés 2.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

VEKOP Laboreszközbeszerzés 2. 1. rész: 1 db pásztázó elektronmikroszkóp beszerzése - Újonnan gyártott, korábban nem használt készülék Elektronagyú - Gyorsító feszültség 200 V - 30 kV, folyamatosan állítható - Teljesen automatikus katódfűtés Elektronoptika - A mintaáram folyamatosan állítható legalább 2 µA-ig - Nagyítás: legalább 1.000.000× ig - Felbontás - Nagyvákuum, 30 kV, min. 3 nm - Nagyvákuum, 3 kV, min. 8 nm - Alacsony vákuum 30 kV, min. 3,5 nm Mintakamra - Belső átmérő legalább 230 mm - Megfigyelő kamera infravörös megvilágítással am mintakamrában - Legalább 11 port a kamrán - Kamrába helyezhető mintamagasság legalább 60 mm - Kamranyomás - Nagyvákuum 9×10⁻³ Pa vagy alacsonyabb - Alacsony vákuum legalább 10-130 Pa tartományt foglalja magába - Környezeti vákuum legalább 2000 Pa-on is lehetséges a képképzés Mintaasztal - Többpozíciós mintaasztal legalább 7 mintatartó elhelyezésére - Maximális minta magasság 80mm vagy nagyobb - A mintaasztal 5 tengelyen motorizált, - Compucentrikusan forgatható - Compucentrikusan dönthető -X és Y mozgatás legalább 60-60 mm, - Z tartomány legalább 40 mm - döntés legalább -15 fok... +80 fokos tartományt lefedje - a teljes X-Y tartományban mozgható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője legalább 80 mm Detektorok - Legalább három független detektor: - Másodlagos elektron detektor (SE), Everhart—Thornley rendszerű - Visszaszórt elektron detektor (BSE) - Környezeti vákuum módhoz optimalizált másodlagos elektron detektor Képképzés - Legalább 6000x4000 képpont - Detektorjelek és kamerakép szimultán megjelenítése a felhasználói felület negyedeiben - Dwell time: legalább 50 ns - 10 ms/pixel tartományt magába foglalja Vezérlés, felhasználói felület - Grafikus felhasználói felület, 64 bites Windows 10 operációs rendszer alatt - A működtetéshez szükséges szoftver és PC munkaállomás, min. 8 GB memória, min 500GB háttértároló, legalább 24" monitor, billentyűzet, egér - Felhasználó által definiált pásztázási beállítások - Távoli diagnosztika program - Távolságmérés és jelölések a képen, melyek a képpel együtt menthetők - Online kézikönyv és súgó A készülék leszállítása, üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása (2 alkalommal, alkalmanként 8 órában, 3 fő részére) az ajánlattevő feladata. 2. rész: 1 db respirométer Minimálisan elvárt műszaki paraméterek: - 1 darab PLC vezérlőegység - Legalább 2 darab mérőkamra csatlakozási lehetőség a PLC-hez - 2 darab csatlakoztatott mérőkamra - Respiráció számítása, - Etilén koncentráció mérése - Hőmérséklet mérő szenzor - Belső levegőkeringtetés - Oxigén mérési és szabályozási tartomány: legalább 0-21%; - Oxigén érzékenység legalább 0.005% O₂ - Szén-dioxid mérési és szabályozási tartomány: legalább 0-10%; - Szén-dioxid érzékenység legalább 0.02 % CO₂ - Etilén mérési tartomány: legalább 0-100 ppm között, - Etilén érzékenység legalább 0,2 ppm - Automatikus légtér szabályozás. - Beállítható érték Oxigén és Szén-dioxid esetén legalább 0.01% felbontással. - Állítható légbevezetés: legalább 0.5 - 3 L/min - Nitrogén adagolás magas Oxigén vagy Szén-dioxid esetén: 2 - 8 L/min tartományt magába foglalja - Szén-dioxid adagolás: 0.4 - 1.2 L/min tartományt magába foglalja - Tápfeszültség 230V 50Hz A készülék leszállítása az ajánlattevő feladata.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Második rész, XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 103-249182

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 104

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése:

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., 1031 Budapest, Drótos Utca 1.	10483592241
--	-------------

Az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. (székhely 1031 Budapest Drótos Utca 1.) az 1. rész tekintetében érvényes ajánlatot tett, az ajánlat mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, közbeszerzési-jogi, pénzügyi és műszaki szempontból is megfelelő. 1. Nettó ajánlati ár (HUF) 35 750 000 HUF 2. Képzési lehetőség az előírt legalább 2000 Pa feletti környezeti vákuum tartományban (Pa) (2000-4000 Pa). 4000 Pa 3. Kamra belső átmérője (mm) (230 - 400mm). 340 mm 4. Mintaasztal X irányba történő tengelymenti elmozdulása (mm) (60 -120-mm) 110 mm 5. Mintaasztal Y irányba történő tengelymenti elmozdulása (mm) (60 -120 mm). 110 mm 6. Mintaasztal Z irányba történő tengelymenti elmozdulása (mm) (40 - 80 mm). 66 mm 7. A teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője (mm) (80 -150 mm). 122 mm 8. Navigációs lehetőség fénymikroszkópos kép és makró felvétel alapján (Igen/Nem) Igen 9. Visszalépés funkció a felhasználói felületen (Undo funkció) (Igen/Nem) Igen 10. Az elektronmikroszkópra vállalt jótállás (hónap) (12-36 hónap) 12 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
----------------------	--

Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.	939.94
---	--------

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0	10
---	----

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

1. Nettó ajánlati ár (HUF) részzempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési H. útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. b) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban az ajánlati árat magyar forintban (HUF) nettó összegben pozitív, egész számban adják meg. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó összegük alapján hasonlítja össze egymással. A legalacsonyabb ajánlati ár a legkedvezőbb ajánlatkérő számára, ez kapja a 10 pontot. A többi megajánlathoz (nettó ajánlati ár) tartozó pontszám (P) a következő képlet alapján kerül kiszámításra: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; A_{legjobb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme; A_{vizsgált}: a vizsgált

ajánlat tartalmi eleme. 2. Képzési lehetőség az előírt legalább 2000 Pa feletti környezeti vákuum tartományban (Pa) részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján kerül kiszámításra. Ajánlatkérő a megajánlott pásztázó elektronmikroszkóp 2000 Pa feletti környezeti vákuum tartományban biztosított képzési lehetőséget kívánja értékelni. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (2000 Pa) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pontot), a legkedvezőbb szintet elérő (4000 Pa) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pontot) kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban „Képzési lehetőség az előírt 2000 Pa feletti környezeti vákuum tartományban” részszempont esetében a nyomás értékét Pascalban (Pa) pozitív, egész számban adják meg. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott készülék 2000 Pa nyomáson képes a képzésre, a felolvasólapon 2000 Pa értéket kell feltüntetni, ebben az esetben az ajánlatkérő a képlet használata nélkül 0 pontot ad a megajánlásra. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az általa megajánlott készülék mekkora környezeti vákuum tartományban képes a képzésre. 3. Kamra belső átmérője (mm) részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján kerül kiszámításra. Ajánlatkérő a megajánlott pásztázó elektronmikroszkóp kamra belső átmérőjének nagyságát kívánja értékelni. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (230 mm) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pontot), a legkedvezőbb szintet elérő (400 mm) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pontot) kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban „Kamra belső átmérője” részszempont esetében a szélességet milliméterben (mm) pozitív, egész számban adják meg. Továbbiak a VI.1.10) pontban.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., 1031 Budapest, Drótos Utca 1.

10483592241

Ellenszolgáltatás összege: 35 750 000 HUF + ÁFA Az 1. rész tekintetében érvényes ajánlatot tett, az ajánlat mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, közbeszerzési-jogi, pénzügyi és műszaki szempontból is megfelelő és a legjobb ár-érték értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta, amely a rendelkezésre álló fedezetnek megfelel.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Image-Science Kft, 2094 Nagykovácsi, Greszl Ferenc Utca 27

25801042213

Az Image-Science Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi Greszl Ferenc Utca 27.) az 1. rész tekintetében érvénytelen ajánlatot tett a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra tekintettel arra, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indokolás: Az ajánlattevő a Felolvasólapon az alábbiakat jelölte meg: 7. A teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője (mm) (Minimum 80 mm - maximum 150 mm): 81. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok 11. pont 6. alpontjában előírta, hogy „Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy milyen méretű a megajánlott készülék esetében a teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője.” Az adat a termékleírásban nem volt fellelhető, ezért ajánlatkérő hiánypótlást bocsátott ki 2019. július 08-án, amelyben kérte, hogy nyilatkozzon arról, hogy mekkora a mintaasztal esetén a teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője. Az ajánlattevő által benyújtott

felvilágosításban arról nyilatkozott, hogy „a mikroszkópba behelyezhető minta maximális átmérője 140mm, ekkor a minta még körbeforgatható és vizsgálható a teljes x-y tartományban.” Ajánlatkérő felkérte ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében oldja fel az ellentmondást, és termékleírással vagy gyártói prospektussal igazolja, hogy mekkora a mintaasztal esetén a teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője. Ajánlattevő felvilágosítást nem adott, így a felolvasólapon tett megajánlását nem támasztotta alá, a Közbeszerzési Dokumentumok 11. pont 6. alpontjában előírt követelménynek az ajánlattevő által adott ajánlat nem felelt meg.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 2 - Respirométer

A szerződés száma: 2

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

HAND Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Propaganda Kft., 1025 Budapest, Batai Utca 22 10240685241

HAND Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Propaganda Kft. (székhely: 1025 Budapest, Batai Utca 22.) a 2. rész tekintetében érvényes ajánlatot tett, az ajánlat mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, közbeszerzési-jogi, pénzügyi és műszaki szempontból is megfelelő. 1. Nettó ajánlati ár (HUF) 7 950 000 HUF 2. A respirométerre vállalt jótállás (hónap) (12-36 hónap) 12 hónap 3. Mérőkamra csatlakozási lehetőségek száma a megajánlott PLC-hez (db) (2-10 db) 2 db

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

HAND Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Propaganda Kft. 800

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az

ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1. Nettó ajánlati ár (HUF) részszerzőpont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési H. útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban az ajánlati árat magyar forintban (HUF) nettó összegben pozitív, egész számban adják meg. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó összegük alapján hasonlítja össze egymással. A legalacsonyabb ajánlati ár a legkedvezőbb ajánlatkérő számára, ez kapja a 10 pontot. A többi megajánláshoz (nettó ajánlati ár) tartozó pontszám (P) a következő képlet alapján kerül kiszámításra: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; A_{legjobb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme; A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2. A respirométerre vállalt jótállás (hónap) (12-36 hónap) értékelési részszerzőpont esetén: a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján történik: A kötelezően vállalandó jótállás: 12 hónap. A 36 hónap, és ennél magasabb vállalásra ajánlatkérő egyaránt a maximális pontot adja. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (12 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (36 hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A 2. részszerzőpont vonatkozásában a megajánlást pozitív, egész hónapokban szükséges megadni.

3. Mérőkamra csatlakozási lehetőségek száma a megajánlott PLC-hez (db) (db) részszerzőpont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján történik. Ajánlatkérő a megajánlott respirométer vezérlőegységéhez csatlakoztatható mérőkamrák számát, azaz a csatlakoztatási lehetőségek számát kívánja értékelni. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (2 db) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (10 db) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban „Csatlakoztatható mérőkamrák száma a megajánlott PLC-hez (db)” részszerzőpont esetében a csatlakoztatható mérőkamrák számát darabban (db) pozitív, egész számban adják meg. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott PLC-hez a csatlakoztatható mérőkamrák száma 2 db a felolvasólapon 2db értéket kell feltüntetni, ebben az esetben az ajánlatkérő a képlet használata nélkül 0 pontot ad a megajánlásra. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell a PLC-hez csatlakoztatható mérőkamrák számát. Ajánlatkérő a 2. és 3. részszerzőpont tekintetében az alábbi képletet alkalmazza: $P_{\text{vizsgált}} = (A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) / (A_{\text{legkedvezőbb}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

HAND Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Propaganda Kft., 1025 Budapest, Battai Utca 22 10240685241

Ellenszolgáltatás összege: 7.950.000 HUF + ÁFA A 2. rész tekintetében érvényes ajánlatot tett, az ajánlat mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, közbeszerzési-jogi, pénzügyi és műszaki szempontból is megfelelő, és a legjobb ár-érték értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta, amely a rendelkezésre álló fedezetnek megfelel a fedezetkiegészítésre tekintettel.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2019.09.11 Lejárata: 2019.09.20

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019.09.10

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019.09.10

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Kiegészítés a IV.2.1) ponthoz: A hirdetmény száma a Közbiztosítási Értesítőben: KÉ-9613/2019 Az I. rész V.2.5) pont folytatása: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott készülék kamra belső átmérője 230mm a felolvasólapon 230mm értéket kell feltüntetni, ebben az esetben az ajánlatkérő a képlet használata nélkül 0 pontot ad a megajánlásra. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az általa megajánlott készülék kamra belső átmérőjét. 4. Mintaasztal X irányba történő tengelymenti elmozdulása (mm) részszerpont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján kerül kiszámításra. Ajánlatkérő a megajánlott pásztázó elektronmikroszkóp mintaasztalának X irányba történő tengelymenti elmozdulásának értékét kívánja értékelni. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (60mm) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pontot), a legkedvezőbb szintet elérő (120mm) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pontot) kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban „Mintaasztal X irányba történő tengelymenti elmozdulása” részszerpont esetében az elmozdulás értékét milliméterben (mm) pozitív, egész számban adják meg. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott készülék mintaasztal X irányba történő tengelymenti elmozdulása 60 mm a felolvasólapon 60mm értéket kell feltüntetni, ebben az esetben az ajánlatkérő a képlet használata nélkül 0 pontot ad a megajánlásra. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy milyen méretű az általa megajánlott készülék mintaasztalának X irányba történő tengelymenti elmozdulása. 4. Mintaasztal Y irányba történő tengelymenti elmozdulása (mm) részszerpont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján kerül kiszámításra. Ajánlatkérő a megajánlott pásztázó elektronmikroszkóp mintaasztalának Y irányba történő tengelymenti elmozdulásának értékét kívánja értékelni. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (60mm) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pontot), a legkedvezőbb szintet elérő (120mm) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pontot) kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban „Mintaasztal Y irányba történő tengelymenti elmozdulása” részszerpont esetében az elmozdulás értékét milliméterben (mm) pozitív, egész számban adják meg. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott készülék mintaasztal Y irányba történő tengelymenti elmozdulása 60 mm a felolvasólapon 60mm értéket kell feltüntetni, ebben az esetben az ajánlatkérő a képlet használata nélkül 0 pontot ad a megajánlásra. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy milyen méretű az általa megajánlott készülék mintaasztalának Y irányba történő tengelymenti elmozdulása. 5. Mintaasztal Z irányba történő tengelymenti elmozdulása (mm) részszerpont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján kerül kiszámításra. Ajánlatkérő a megajánlott pásztázó elektronmikroszkóp mintaasztalának Z irányba történő tengelymenti elmozdulásának értékét kívánja értékelni. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (40mm) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pontot), a legkedvezőbb szintet elérő (80mm) vagy annál

kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pontot) kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban „Mintaasztal Z irányba történő tengelymenti elmozdulása” részszerpont esetében az elmozdulás értékét milliméterben (mm) pozitív, egész számban adják meg. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott készülék mintaasztal Z irányba történő tengelymenti elmozdulása 40 mm a felolvasólapon 40mm értéket kell feltüntetni, ebben az esetben az ajánlatkérő a képlet használatánál 0 pontot ad a megajánlásra. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy milyen méretű az általa megajánlott készülék mintaasztalának Z irányba történő tengelymenti elmozdulása. 6. A teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője (mm) részszerpont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján kerül kiszámításra. Ajánlatkérő a megajánlott pásztázó elektronmikroszkóp teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérőjének nagyságát kívánja értékelni. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (80mm) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pontot) , a legkedvezőbb szintet elérő (150mm) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pontot) kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy ajánlatukban „A teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője (mm)” részszerpont esetében a minta átmérő méretét milliméterben (mm) pozitív, egész számban adják meg. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott készülék esetében a teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője 80 mm a felolvasólapon 80mm értéket kell feltüntetni, ebben az esetben az ajánlatkérő a képlet használatánál 0 pontot ad a megajánlásra. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy milyen méretű a megajánlott készülék esetében a teljes X-Y tartományban mozgatható, körbeforgatható és megfigyelhető minta átmérője. Ajánlatkérő a 2-7. részszerpontok esetében alábbi képletet alkalmazza: $P_{vizsgált} = (A_{vizsgált} - A_{legkedvezőtlenebb}) / (A_{legkedvezőbb} - A_{legkedvezőtlenebb}) * (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$ Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. Az értékelési szempont a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján kerül kiszámításra. 8. Navigációs lehetőség fénymikroszkópos kép és makró felvétel alapján (Igen/Nem) részszerpont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési H. útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 2. sz. melléklet B. A.1) pontja szerinti pontkiosztás módszerével történik. Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adnia, hogy az általa megajánlott készülék biztosítja-e a navigációs lehetőséget fénymikroszkópos kép és makró felvétel alapján. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott készülék képes a navigációs lehetőség biztosítására fénymikroszkópos kép és makró felvétel alapján, a felolvasólap vonatkozó pontjában az „Igen” megajánlást kell megadni. Amennyiben ajánlattevő által megajánlott készülék nem képes a navigációs lehetőség biztosítására fénymikroszkópos kép és makró felvétel alapján, a felolvasólap vonatkozó pontjában a „Nem” megajánlást kell feltüntetni. Az „Igen” megajánlás a maximális 10 pontot, a „Nem” megajánlás a minimum 0 pontot kapja. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a megajánlott készülék biztosítja vagy nem a navigációs lehetőséget fénymikroszkópos kép és makró felvétel alapján. 9. Visszalépés funkció a felhasználói felületen (Undo funkció) (Igen/Nem) részszerpont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési H. útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 2. sz. melléklet B. A.1) pontja szerinti pontkiosztás módszerével történik. Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adnia, hogy az általa megajánlott készülék biztosítja-e a felhasználói felületen a visszalépés funkciót. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott készülék képes a felhasználói felületen a visszalépés lehetőségének biztosítására, a felolvasólap vonatkozó pontjában az „Igen” megajánlást kell megadni. Amennyiben ajánlattevő által megajánlott készülék nem képes a felhasználói felületen a visszalépés lehetőségének biztosítására, a felolvasólap vonatkozó pontjában a „Nem” megajánlást kell feltüntetni. Az „Igen” megajánlás a maximális 10 pontot, a „Nem” megajánlás a minimum 0 pontot kapja. Az ajánlattevőnek az ajánlatába termékleírást (vagy gyártói prospektust) kell csatolnia, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a megajánlott készülék biztosítja vagy nem a visszalépés funkcióját a felhasználói felületen. 10. Az elektronmikroszkópra vállalt jótállás (hónap) (12-36 hónap) értékelési részszerpont esetén a pontok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója: <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> alapján történik. A kötelezően vállalandó jótállás: 12 hónap. Az ajánlatok, melyek a jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (12 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (36 hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A 10. részszerpont vonatkozásában a megajánlást pozitív, egész hónapokban szükséges megadni. Ajánlatkérő alábbi képletet alkalmazza: $P_{vizsgált} = (A_{vizsgált} - A_{legkedvezőtlenebb}) / (A_{legkedvezőbb} - A_{legkedvezőtlenebb}) * (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$ Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az ajánlati felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb összpontszámú) érvényes ajánlatot tette. Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.08.17 08:06:59	SarkadiAnita

Összesen: 1 sor (1 / 1)