
Szent István Egyetem

Ref:
Date:2018-11-23

Dr. Kómár Márta részére

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt Ajánlatkérő!

A Szent István Egyetem által indított „**VEKOP Laboreszköz beszerzés**” tárgyú EKR000042482018 EKR azonosítószámú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban szeretnék előzetes vitarendezési kérelmet benyújtani.

A 26 rész : Elektronmikroszkóp nyertes ajánlatának műszaki leírásába 2018. november 23-án 10 órakor tudtunk betekinteni. A betekintés során a megajánlott termék szűkített műszaki leírását kaptuk meg. A műszaki leírásban arra kerestünk választ, hogy a készülék - az Ajánlatkérő által kiírt - minimális műszaki elvárásnak megfelel-e.

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban feltett kérdésünkre megerősítette, hogy az eredeti kiírás szerinti

„Minta nagyság: min 70mm átmérő és min 50 mm magasság“

előírást kiegészíti azzal, hogy a 70 mm-es átmérőjű mintát kell teljes egészében az elektronmikroszkóp elektronsugarával letapogatni, és annak bármelyik részéről képet készíteni.

Nyertes ajánlattevő a JEOL gyártmányú JCM 6000 Plus készüléket ajánlotta. Véleményünk szerint **ez a készülék nem felel meg a fent említett minimális műszaki kivánalomnak.**

A Nyertes Ajánlattevő weboldalán megtalálható a készülék teljes leírása.
<https://auroscience.hu/docs/bros-JCM-6000plus-neoscope-asztali-pasztazo-elektronmikroszkop.pdf>

A prospektus 16-ik oldalán a következő specifikáció olvasható:

***Specimen stage Manual control for X and Y: X: 35 mm, Y: 35 mm.
Maximum sample size 70 mm diameter × 50 mm height***

Ez azt jelenti, hogy 70 mm-es minta behelyezhető a készülékbe, azonban a minta felületének kb. 25%-a vizsgálható csak meg, mivel az elektronoszlop alatt a minta mozgatási lehetősége csak 35mm x 35mm. Következésképpen az Ajánlatkérő azon elvárása, mely szerint a 70 mm átmérőjű mintát kell teljes egészében az elektronmikroszkóp elektronsugarával letapogatni, és annak bármelyik részéről képet készíteni **nem teljesül**.

Nyertes Ajánlattevő benyújtott ajánlatában nem tér ki arra a termék műszaki leírásban, hogy a mintaasztal mozgatási tartománya pontosan mekkora, így Ajánlatkérő nem állapíthatta meg a bírálati szakaszban, hogy a megajánlott készülék teljesíti-e a minimális műszaki elvárásokat.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy vizsgálja felül a Nyertes Ajánlattevő által megajánlott készülék műszaki megfelelőségét, és kérje meg a Nyertes Ajánlattevőt, hogy adjon magyarázatot a honlapján található specifikáció és benyújtott ajánlata közötti különbségről. Nyertes Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a 70 mm-es mintát a készülékbe behelyezve, a teljes 70 mm-es felületről tud elektronoptikai képet alkotni.

Amennyiben a honlapon lévő specifikáció valós, akkor a Nyertes Ajánlattevő ajánlata nem érvényes. Kérjük, hogy az előzetes vitarendezés lezártaig Ajánlatkérő ne kösse meg a szerződést a Nyertes Ajánlattevővel.

Megtisztelő intézkedésüket előre is köszönöm.
